

Organisme notifié n° 0071
DDC/22/F080321-D1-1

Accréditation
n° 5-0012

DECISION n° F-06-A-0367 du 7 avril 2006

ADDITIF n° 2 au CERTIFICAT D'APPROBATION C.E. DE TYPE

n° F-03-A-176 du 20 mai 2003

Le présent additif concerne l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique LE BARBIER type LB-x, qui diffère du modèle faisant l'objet du certificat précité par le fait de pouvoir utiliser également comme dispositif indicateur :

FABRICANT	TYPE	N° du certificat d'essai
ADN PESAGE	MS300	LNE n° 05-03 du 8 juillet 2005
SCAIME	IPB	UCM n° 03/011-B du 14 octobre 2003
SCAIME	IPC	UCM n° 03/007-B du 11 novembre 2003
AVERY WEIGH-TRONIX	E1005/E1010	NWML n° GB-1179 du 11 mai 2005
AVERY WEIGH-TRONIX	E1065/E1070	NWML n° GB-1176 du 21 décembre 2004
VISHAY	VT200, VT220, VT300, VT400, VT500 et VTDJB ou VTDWI avec afficheur VT150	DELTA n° DK0199-R76-05.02 du 29 mars 2005
VISHAY	VT100	NMi n° TC6736 du 13 avril 2005
NOBEL ELEKTRONIK	TAD3	SP n° 0402-MVm025 du 21 décembre 1999

Les caractéristiques et les différentes fonctions du dispositif indicateur utilisé sont décrites dans le certificat d'essai correspondant.

Les autres caractéristiques fixées par le certificat précité restent inchangées.

Pour le Directeur Général
Directrice Développement et Certification

Laurence DAGALLIER