



**Certificat d'approbation C.E.E. de modèle
n° F-02-L-057 du 24 avril 2002**

**Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par décision du 22 août 2001**

DDC/72/C014515-D3

**Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS
modèle GALLUS 1000 de désignation G 1,6**

Le présent certificat est prononcé en application de la directive 71/316/C.E.E. du 26 juillet 1971 modifiée, relative aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique, de la directive 71/318/C.E.E. du 26 juillet 1971 modifiée, relative aux compteurs de volume de gaz, du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié, relatif à l'application des prescriptions de la communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique, du décret n° 73-789 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la communauté économique européenne au contrôle des compteurs de volume de gaz et du décret n° 72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs de volume de gaz.

FABRICANTS :

CHONGQING ACTARIS : 4 Dian Ce Cun, Guangying Qiao, Jiangbei District, Chongqing,
CHONGQING 630 020, People Rep. Of China

ACTARIS S.A.S. : Rue Chrétien de Troyes, ZAC Val de Murigny,
BP 327, 51061 Reims Cedex, FRANCE

ACTARIS S.A. : Monsenor Bufano 5010, B1766 Dit TABLADA,
Prov. de Buenos Aires, ARGENTINE

DEMANDEUR :

ACTARIS S.A.S. : Rue Chrétien de Troyes, ZAC Val de Murigny,
BP 327, 51061 Reims Cedex, France

OBJET :

Le présent certificat complète le certificat d'approbation C.E.E. de modèle n° 98.00.352.002.0 du 22 décembre 1998 ⁽¹⁾ transféré par le certificat n° F-02-L-007 du 11 février 2002 relatif au compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS modèle GALLUS 1000 de désignation G 1,6.

CARACTERISTIQUES :


Le compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS modèle GALLUS 1000 de désignation G 1,6 faisant l'objet du présent certificat diffère du modèle précédemment approuvé par les certificats précités par :

- l'utilisation d'un dispositif indicateur avec des tambours de diamètre 19 mm comme présenté en annexe au présent certificat,
- la modification de la transmission au dispositif indicateur comme présenté en annexe au présent certificat ,
- la matière des coquilles en tôle DC 04 ou DC 05 protégée par peinture cataphorèse,
- les côtes d'encombrement comme présenté en annexe au présent certificat.

Toutes les autres caractéristiques du compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS modèle GALLUS 1000 restent inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Les inscriptions réglementaires restent inchangées à l'exception du signe d'approbation C.E.E. de modèle qui est remplacé par le suivant :



DEPOT DE MODELE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/C014515-D3, chez le fabricant et chez le demandeur.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu'au 22 décembre 2008.

ANNEXES :

Vue d'ensemble
Côtes d'encombrement
Plan du dispositif indicateur
Plaques d'identification
Plan complet du compteur

Le Directeur général


Marc MORTUREUX.

(1) Revue de Métrologie : mars/avril 1999 , page 925

Annexe 1 au certificat d'approbation C.E.E. de modèle n° F-02-L-057

**Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS
modèle GALLUS 1000 de désignation G 1,6**



Vue d'ensemble



Annexe 2 au certificat d'approbation C.E.E. de modèle n° F-02-L-057



**Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS
modèle GALLUS 1000 de désignation G 1,6**

Côtes d'encombrement



**Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS
modèle GALLUS 1000 de désignation G 1,6**

Plan du dispositif indicateur




Annexe 4 au certificat d'approbation C.E.E. de modèle n° F-02-L-057


Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS
modèle GALLUS 1000 de désignation G 1,6

Plaques d'identification

CADRAN "GALLUS 1000 – EMETTEUR"



CADRAN "GALLUS 1000"



Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS
modèle GALLUS 1000 de désignation G 1,6

Plan complet du compteur

