

**Certificat d'approbation C.E.E. de modèle  
n° F-02-L-079 du 20 juin 2002**

**Organisme désigné par  
le ministère chargé de l'industrie  
par décision du 22 août 2001**

**DDC/72/C014515-D2**

**Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS  
modèle GALLUS 2000 de désignation G 1,6, G 2,5, G 4**

-----

Le présent certificat est prononcé en application de la directive 71/316/C.E.E. du 26 juillet 1971 modifiée, relative aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique, de la directive 71/318/C.E.E. du 26 juillet 1971 modifiée, relative aux compteurs de volume de gaz, du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié, relatif à l'application des prescriptions de la communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique, du décret n° 73-789 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la communauté économique européenne au contrôle des compteurs de volume de gaz et du décret n° 72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs de volume de gaz.

**FABRICANTS :**

- ACTARIS S.A.S. : Rue Chrétien de Troyes, ZAC Val de Murigny,  
BP 327, 51061 Reims Cedex, FRANCE
- ACTARIS S. p. A. : Via F.M. Briganti, 305, 80144 NAPOLI – Italie
- ACTARIS Contadores S.A. : Vial Norte N°5, 08170 Montornes des Valles, Barcelona – Espagne
- ACTARIS - Sistemas de Medicao, LDA : Apartado 21, 4764-965 V.N. Famalicao – Portugal
- ACTARIS Meterfabriek B.V : Postbus 42, Kamerlingh Onnesweg, 63, 3316 GK Dordrecht –  
PAYS BAS
- ACTARIS Gaszählerbau GmbH : Hardeckstr.2, D-76185 Karlsruhe Allemagne
- CHONGQING ACTARIS : 4 Dian Ce Cun, Guangying Qiao, Jiangbei District, Chongqing,  
CHONGQING 630 020, People Rep. Of China
- ACTARIS Argentina S.A. : Monsenor Bufano 5010, B1766 Dit Tablada Prov. De Buenos Aires  
ARGENTINE
- MARCONI Automazione S.p.A : Via Marsala, 24, 20052 Monza - ITALIE

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SIEGE SOCIAL - LABORATOIRES DE PARIS

1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15

Tél. : 33 (0)1 40 43 37 00 - Fax : 33 (0)1 40 43 37 37

BARCELAYS PARIS CENTRALE 30588 Guichet 60001 Compte 49726740101 RIR70 - CRCA PARIS IAA DISTRIB 18206 Guichet 00426 Compte 58381956001 RIR45

LABORATOIRES DE TRAPPES

29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex

Tél. : 33 (0)1 30 69 10 00 - Fax : 33 (0)1 30 69 12 34

E-mail : [info@lne.fr](mailto:info@lne.fr)

Siret 313 320 244 00012

NAF 743 B

**DEMANDEUR :**

ACTARIS S.A.S. : Rue Chrétien de Troyes, ZAC Val de Murigny,  
BP 327, 51061 Reims Cedex, France

**OBJET :**

Le présent certificat complète le certificat d'approbation C.E.E. de modèle n° 95.00.352.006.0 du 5 juillet 1995 <sup>(1)</sup> qui complète le certificat n° 95.00.352.004.0 du 15 mai 1995 <sup>(2)</sup> complété par le certificat n° 00.00.352.001.0 du 31 août 2000 et transférés par le certificat n° F-02-L-007 du 11 février 2002 relatif au compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS modèle GALLUS 2000 de désignation G 1,6, G 2,5 et G 4.

**CARACTERISTIQUES :**


Le compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS modèle GALLUS 2000 de désignation G 1,6, G 2,5 et G 4 faisant l'objet du présent certificat diffère du modèle précédemment approuvé par les certificats précités par :

- la modification du compteur avec caisse en aluminium pour permettre de réaliser un entraxe de 152 mm (Annexe 1),
- la modification du schéma n° 6209-1 du certificat n° 95.00.352.006.0 conformément à l'annexe 2 du présent certificat permettant des entraxes allant de 0 mm (monotubulaire) à 110 mm ,
- la possibilité d'avoir des entraxes allant de 210 mm à 250 mm pour le compteur avec caisse en tôle et équipé d'un totalisateur plastique (annexe 3)

Toutes les autres caractéristiques du compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS modèle GALLUS 2000 sont inchangées.

**INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :**

Les inscriptions réglementaires sont inchangées à l'exception du signe d'approbation C.E.E. de modèle qui est remplacé par le suivant :



**DEPOT DE MODELE :**

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/C014515-D2, chez les fabricants et chez le demandeur.

**VALIDITE :**

Le présent certificat est valable jusqu'au 15 mai 2005.

**ANNEXES :**

Annexe 1 : compteur avec caisse en aluminium

Annexe 2 : modification du schéma n° 6209-1 du certificat n° 95.00.352.006.0

Annexe 3 : compteur avec caisse en tôle équipé d'un totalisateur plastique

Le Directeur général

Marc MORTUREUX.


(1) Revue de métrologie : juillet 1995, page 691

(2) Revue de métrologie : mai 1995, page 458

Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS  
modèle GALLUS 2000 de désignation G 1,6, G 2,5 et G 4

-----  
Compteur avec caisse en aluminium  
-----


Cotes	Compteur 110 mm	Compteur 152 mm	Compteur 160 mm
A	110,00	152,00	160,00
B	196,00	222,00	218,00
C	79,50	69,50	84,30
D	96,00	139,00	143,00
E	175,50	169,00	165,00
F	233,00	232,00	232,00



Annexe 2 au certificat d'approbation C.E.E. de modèle n° F-02-L-079

Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS  
modèle GALLUS 2000 de désignation G 1,6, G 2,5 et G 4

-----  
Modification du schéma n° 6209-1 du certificat n° 95.00.352.006.0  
-----



Annexe 3 au certificat d'approbation C.E.E. de modèle n° F-02-L-079

Compteur de volume de gaz à parois déformables ACTARIS  
modèle GALLUS 2000 de désignation G 1,6, G 2,5 et G 4

-----  
Compteur avec caisse en tôle équipé d'un totalisateur plastique  
-----

