

**Certificat d'approbation C.E.E. de modèles
n° F-06-G-1280 du 3 octobre 2006**

Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par décision du 22 août 2001

DDC/22/F013446-D23

**Compteur d'eau chaude ACTARIS
modèles TU4Y15C, TU4Y20C, TU415C et TU420C
(Position horizontale classe B)
(Autres positions classe A)**

Le présent certificat est établi en application de la directive 71/316/C.E.E. du 26 juillet 1971 modifiée par la directive 83/575/C.E.E. du 26 octobre 1983 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, de la directive 79/830/C.E.E. du 11 septembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau chaude, du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié par le décret n° 84-1107 du 6 décembre 1984 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique et du décret n° 82-537 du 22 juin 1982 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau chaude.

FABRICANT :

ACTARIS SAS – 9, rue Ampère – 71031 MACON – France

ACTARIS SAS – 11, boulevard Pasteur – 67500 HAGUENAU – France

ACTARIS SAS – 16, strada Valcossera – 14100 ASTI – Italie

ACTARIS SAS – Postfach 1161 D – 23751 OLDENBURG IN HOLSTEIN – Allemagne

DEMANDEUR :

ACTARIS SAS – 9, rue Ampère – 71031 MACON – France

OBJET :


Le présent certificat renouvelle les certificats d'approbation C.E.E. de modèle initial n° 96.00.392.004.0 du 6 décembre 1996 ⁽¹⁾ complété par les certificats n° 97.00.392.001.0 du 28 juillet 1997 ⁽²⁾, n° 98.00.392.001.0 du 15 janvier 1998 ⁽³⁾, n° 00.00.392.001.0 du 2 mars 2000, n° F-02-107 du 9 juillet 2002 et F-03-G-169 du 7 mai 2003 relatifs au compteur d'eau chaude ACTARIS modèles TU4Y15C, TU4Y20C, TU415C et TU420C.

CARACTERISTIQUES :

Les caractéristiques du compteur d'eau chaude ACTARIS modèles TU4Y15C, TU4Y20C, TU415C et TU420C sont identiques à celles définies dans les certificats précités.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Les inscriptions réglementaires du compteur d'eau chaude ACTARIS modèles TU4Y15C, TU4Y20C, TU415C et TU420C sont inchangées à l'exception du signe d'approbation CEE de modèle qui est dorénavant le suivant :



Les autres inscriptions réglementaires sont inchangées.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :

Le compteur ACTARIS modèles TU4Y15C, TU4Y20C, TU415C et TU420C est vérifié à l'eau froide en position horizontale et doit respecter les erreurs maximales tolérées de la classe B.

DÉPÔT DE MODÈLE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) sous la référence DDC/22/F013446-D23 et chez le fabricant.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu'au 2 octobre 2016.

ANNEXE :

Schéma.

Pour le Directeur général,

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification

- (1) Revue de métrologie, mars 1997, page 595
- (2) Revue de métrologie, octobre 1997, page 535
- (3) Revue de métrologie, mars 1998, page 1

Annexe au certificat n° F-06-G-1280 du 3 octobre 2006

Compteur d'eau chaude ACTARIS

modèles TU4Y15C, TU4Y20C, TU415C et TU420C

SCHEMA

