

**Certificat d'examen de type
n° F-06-G-1547 du 27 octobre 2006**

**Organisme désigné par
le ministère chargé de l'industrie
par décision du 22 août 2001**

DDC/22/F013446-D34

Compteur d'eau froide à totalisateur électronique ACTARIS

type E-FLODIS

Classe C (Position horizontale)

Classe B (toutes positions)

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, du décret n° 76-130 du 29 janvier 1976 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : compteurs d'eau froide et de l'avis de la commission technique des instruments de mesure pour les totalisateurs électroniques.

FABRICANTS :

ACTARIS – 9, rue Ampère – 71031 MACON – France,

ACTARIS – 11, boulevard Pasteur – 67500 HAGUENAU – France,

ACTARIS – Apartado 21 – 4761 V.N. DE FAMALICAO – Portugal,

ACTARIS – Strada Valcossera, 16 – 14100 ASTI – Italie,

ACTARIS – Vial Norte, 5 – 08170 MONTORNES DES VALLES – Espagne,

ACTARIS Allmess GmbH – Postfach 1161 – D23751 OLDENBOURG IN HOLSTEIN – Allemagne.

DEMANDEUR :

ACTARIS – 9, rue Ampère – 71031 MACON – France.

OBJET :

Le présent certificat complète le certificat d'examen de type n° F-05-G-0481 du 22 mars 2005 accordé à ACTARIS MACON et relatif au compteur d'eau froide ACTARIS type E-FLODIS.

CARACTERISTIQUES :

Le compteur d'eau froide ACTARIS type E-FLODIS diffère du type approuvé par le certificat précité par :

- le plateau d'étanchéité qui peut être dorénavant constitué d'une pièce unique en matière composite
- la bague métallique anti-fraude magnétique, lors de l'emploi d'un plateau en matière composite

Un schéma est présenté en annexe.

Les autres caractéristiques sont inchangées.

SCELLEMENTS :

Le totalisateur électronique du compteur ACTARIS type E-FLODIS est scellé au corps de mesure par l'intermédiaire d'un fil perlé serti par un plomb pincé.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

La marque d'examen de type est constituée du numéro et de la date du présent certificat.

Les autres inscriptions réglementaires sont inchangées.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :

Les compteurs ACTARIS type E-FLODIS sont vérifiés à l'eau froide en position horizontale et doivent respecter les erreurs maximales de la classe C.

DEPOT DE MODELE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) sous la référence DDC/22/F013446-D34, et chez les fabricants.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu'au 21 mars 2015.

ANNEXE :

Schéma.

Pour le Directeur général,

Laurence DAGALLIER
Directrice Développement et Certification

Annexe au certificat n° F-06-G-1547 du 27 octobre 2006

Compteur d'eau froide à totalisateur électronique ACTARIS

type E-FLODIS

SCHEMA

Ancien modèle :

- Ø Bague anti-fraude magnétique
- Ø Bague de serrage composite
- Ø Plateau d'étanchéité en laiton

Nouveau modèle :

- Ø Bague anti-fraude magnétique
- Ø Plateau-bague d'étanchéité composite

